

Лаборатория национальных эталонов		ЦСМ при МЭ КР	Издание № 1
Область аккредитации			Дата введения 27.05.2019
			Страница 1 из 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА Ж. Чапаев
М.П.

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417/КЦА.КЛ.007

от « 10 » 08 2018 г.

30.10.08.2022 г.
Перевыдана 05.02.2021 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория национальных эталонов ЦСМ при МЭ КР
наименование калибровочной лаборатории и организации, в состав которой она входит

№ п/п	Измеряемая величина	Объекты калибровки	Диапазон измерений	Расширенная неопределенность измерений	Процедура, место проведения калибровки
1	Интервал времени	3	4	5	6
1		Электронные и механические секундомеры	Время цикла измерений: 2 ÷ 960 сек.	Для электронных секундомеров 0,05 с/сут Для механических секундомеров 1,2 с/сут	NIST Recommended Practice Stopwatch and timer calibrations special publication 960-12 Лаборатория времени, частоты, электрических и радиотехнических величин

Указанная расширенная неопределенность получена из суммарной стандартной неопределенности путем умножения на коэффициент охвата $k = 2$, который обеспечивает уровень доверия приблизительно 95 %. Оценка неопределенности была проведена в согласно NIST Recommended Practice Stopwatch and timer calibrations special publication 960-12



Алтынбаев Е.М.

Директор ЦСМ при МЭ КР

Абасбекова Э.Ш.

Руководитель лаборатории времени,
частоты, электрических и
радиотехнических величин